

Piegādātāja jautājumi par LUCFI 2014/9/ESF 3.un 4.dalu 26.05.2014. un Iepirkumu komisijas atbildes

3.daļa: Laboratorijas trauki un materiāli 1

N. p.k.	Minimālās tehniskās prasības (produkta nosaukums un veids)	Daudzums	Piegādātāja jautājums	Iepirkumu komisijas atbilde
1	Lab spoons nickel-stainless steel, L 9 in. (Sigma – Aldrich Z282774-1PAK vai ekvivalents)	1 gab.	Nickel chromium steel. Single - ended. With PTFE-coated ends. Spoon spatula. Length 225 mm. Kods: 9220945 . (http://www.wenk-labtec.com/) <i>Vai šāda lāpstiņa tiks uzskatīta par ekvivalentu prasītajai?</i>	Minētā lāpstiņa <u>netiks</u> uzskatīta par ekvivalentu prasītajai, jo lāpstiņai ir jābūt bez pārklājuma.
5	TLC Aluminum Sheets from EMD/Merck KGaA L × W 20 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator (Sigma – Aldrich Z740226-25EA vai ekvivalents)	360 gab.	<i>Vai “silica gel 60 matrix” nozīmē, ka komplektā ir 60 gb. un nepieciešami tādi 6 komplekti? Vai arī tiek pieprasīti tādi 360 gb. komplekti?</i>	“silica gel 60 matrix” raksturo plāksnīti – uz plāksnītes ir 60 elementi. Komplektā ir 25 plāksnītes. Skaitlis 360 nozīmē maksimālo plāksnīšu skaitu, kas līguma ietvaros varētu tikt nopirkts.
8	Capillary tubes, Made of AR®-glass . Thin-walled, open on one side. Length 80 mm, outer-Ø 1.35 mm, inner-Ø 0.95 mm (Carl-Roth 0820.1 vai ekvivalents)	1000 gab.	Haematocrit capillary tubes Disposable capillaries for blood centrifugation tests, length 75 mm, outer diameter 1.42 mm - 1.68 mm, with heavy wall thickness and color-coded acc. to DIN 12 772, CE acc. IVD 98/79 EG.Type Plain , Colour blue. Kods: 6200639 . (http://www.wenk-labtec.com/) <i>Vai šādas caurulītes tiks uzskatītas par ekvivalentām prasītajai?</i>	Minētās caurulītes <u>netiks</u> uzskatītas par ekvivalentām prasītajām. Caurulītēm ir jābūt ar prasītajiem izmēriem, jo tām ir jābūt savietojamām ar esošo Carl-Roth iekārtu.
31	Rotilabo-standard joint funnel assortment (Carl-Roth 2080.1 vai ekvivalents)	1 gab.	Carl-Roth katalogā tiek piedāvāts komplekts, kas sastāv no 3 dažāda izmēra piltuvēm. <i>Kāda izmēra piltuves ir nepieciešamas?</i> Varam piedāvāt: Powder funnels, PP Transparent. With short, wide stem. For transfer of powdered and granular substances. Rapid flow due to a steep 60° angle. Food-safe products according to EC Directive No. 10/2011.	Ir domātas Carl-Roth piltuves 2060.1, 2073.1 un 2075.1. Par ekvivalentām prasītajām tiks uzskatītas piltuves, izgatavotas no tā paša materiāla un ar izmēriem, kas neatšķiras vairāk kā par 10% no minētajām Carl-Roth piltuvēm.

4.daļa: Laboratorijas trauki un materiāli 2

N. p.k.	Minimālās tehniskās prasības (produkta nosaukums un veids)	Daudzums	Piegādātāja jautājums	Iepirkumu komisijas atbilde
2	High Precision Tweezers Style #55 Dumoxel® Anti-magnetic Stainless Steel tweezers, High Precision (http://www.2spi.com/catalog/tweezers/t/style55 vai ekvivalents)	3 gab.	Forceps, non-magnetic, 18/8 steel, extra fine, smooth tips, Length 105 mm, Type Straight. Kods: 9160130 . (http://www.wenk-labtec.com/) <i>Vai šāda pincete tiks uzskatīta par ekvivalentu prasītajai?</i>	Par ekvivalentām prasītajām tiks uzskatītas pincetes, kuras atbilst pēc īpašībām un formas un kuru garums neatšķiras vairāk kā par 10% no prasībās minētajām 110mm garajām pincetēm.
3	Anti-magnetic Stainless Steel High Precision Tweezers (2spi.com kods 0S02P-XD vai ekvivalents)	3 gab.	Stainless steel forceps of highest precision. Extremely fine tips, tempered. Suitable for electronics, microscopy and biology. Form: straight. Overall length: 120 mm. Kods: 21038 . (http://www.wenk-labtec.com/) <i>Vai šāda pincete tiks uzskatīta par ekvivalentu prasītajai?</i>	Par ekvivalentām prasītajām tiks uzskatītas pincetes, kuras atbilst pēc īpašībām un formas un kuru garums neatšķiras vairāk kā par 10% no prasībās minētajām 120mm garajām pincetēm.
4	PTFE-membrānu filtri ar poru izmēriem 0.45 (µm) Membrānas Ø =15 (mm) (Carlroth KC94.1 vai ekvivalents)	300 gab.	KC94.1: 0.20 (µm) poru izmērs?	Izlabota tehniska kļūme prasībās: PTFE-membrānu filtri ar poru izmēriem 0.20 (µm) Membrānas Ø =15 (mm) (Carlroth KC94.1 vai ekvivalents)
5	PTFE-membrānu filtri ar poru izmēriem 0.45 (µm) Mebrānas Ø =13 (mm) (Carlroth KC95.1 vai ekvivalents)	200 gab.	KC95.1: diametrs ir 15 mm ?	Izlabota tehniska kļūme prasībās: PTFE-membrānu filtri ar poru izmēriem 0.45 (µm) Mebrānas Ø = 15 (mm) (Carlroth KC95.1 vai ekvivalents)
24	Kvarca kivete krāsvielu lāzeru vielu mērījumiem (visas četras puses caurspīdīgas). Iekšējais izmērs 10x0.5 mm. Ārējais izmērs 12.5x12.5x(35-50). Ar PTFE korķi.	2 gab.	Vai nepieciešama kivete absorbcijas mērīšanai? Varbūt, ir kāds piemērs, no kāda kataloga?	Piemēram: http://www.starnacells.com/DLC-28.05F-Q-10
25	Kvarca kivete fosforiscences mērījumiem (visas četras puses caurspīdīgas). Iekšējais izmērs 10x2 mm. Ārējais izmērs 12.5x12.5x(35-50). Ar uzskrūvējamu korķi. (Thorlabs CV10Q700FS vai ekvivalents)	2 gab.	Thorlabs nepiedāvā kivetes ar uzskrūvējamu korķi. Varbūt, ir kāds piemērs, no kāda kataloga?	Izlabota tehniska kļūme prasībās: Nevis Thorlabs , bet, http://www.starnacells.com/18-Q-10-GL14-C vai ekvivalents.