

Uz pasūtījumu izgatavojami vienkāršie maisījumi un tīrās gāzes						
N.p.k.	Prece un tai izvirzītās tehniskās prasības	Pretendenta piedāvātās preces nosaukums	Pretendenta piedāvātās preces ražotājs	Preces tehniskie parametri, īss kvalitātes apraksts	Paredzamais, negarantētais pasūtījuma daudzums	Preces vienības cena EUR bez PVN
1	Sertificēts gāzu maisījums: H₂ 10%, N₂ pārējais Komponentu tīrība: H ₂ ≥99.999%, N ₂ ≥99.999% Izgatavošanas precizitāte ±5% rel. Balons: 50l/200bar Balona izejas vītne: DIN477 Nr.1				4	0
2	Sertificēts gāzu maisījums: H₂ 5%, Ar pārējais Komponentu tīrība: H ₂ ≥99.999%, Ar ≥99.999% Izgatavošanas precizitāte ±5% rel. Balons: 50l/200bar Balona izejas vītne: DIN477 Nr.1				6	0
3	Sertificēts gāzu maisījums: Ar + NO₂ 200ppm Komponentu tīrība: Ar ≥99.9999% Izgatavošanas precizitāte ±5% rel. Balons: 10l Balona izejas vītne: DIN477 Nr.7				2	0

4	Sertificēts gāzu maisījums: Ar + H₂ 1000ppm Komponentu tīrība: Ar ≥99.9999% Izgatavošanas precizitāte ±5% rel. Balons: 10l Balona izejas vītne: DIN477 Nr.1				2	0
5	Sertificēts gāzu maisījums: Ar + SO₂ 200ppm Komponentu tīrība: Ar ≥99.9999% Izgatavošanas precizitāte ±5% rel. Balons: 10l Balona izejas vītne: DIN477 Nr.1				2	0
6	CO, 2.0 Ar + O2 < 3000 ppm N2 < 4000 ppm; H2 < 1500 ppm; CnHm < 500 ppm. Balons: 10l/200 bar Balona izejas vītne DIN477 Nr.5				1	0
7	Speciālo balonu noma Balona tilpums: 1-126 L Periods: 24 mēneši				pēc vajadzības	0
8	Gāzu balonu piegāde: Minimālais daudzums vienā piegādē: 1 balons				pēc vajadzības	0
Summa EUR bez PVN						0
Papildus prasības:				Pretendentam jānorāda ATBILST, PIEKRĪTU un/vai jānorāda, kur piedāvājumā (lpp.) pievienoti prasītie dokumenti		

1.	Preču pozīcijā 6 pretendents iesniedz Atbilstības sertifikātus (Certificate of Conformity), kas apliecina piedāvāto produktu atbilstību Tehniskajai specifikācijai.	
2.	Gāzu baloniem jābūt aprīkoti ar izejas vītņiem, kas norādītas tehniskajā specifikācijā. Nedrīkst izmantot pārejas.	
3.	Jānodrošina gāzveida vielu piegādi un iepakojumu nomu uz termiņu, kāds nepieciešams Pasūtītājam, atbilstoši faktiskajām vajadzībām, sasniedzamajiem rezultātiem un finanšu iespējām.	
4.	Pretendents garantē piedāvāto gāzveida vielu un to iepakojumu atbilstību normatīvo aktu prasībām, Tehniskajā specifikācijā izvirzītajiem gāzveida vielu kvalitātes kritērijiem, iepakojumu tehniskajām prasībām, kā arī ražotāja sniegtajiem norādījumiem par gāzveida vielām un to iepakojumiem.	
5.	Piegāde preču pozīcijās no 1-6, viena menēša laikā no pasūtījuma veikšanas brīža.	
6.	Preces nodošanas laikā Pretendents informē Pasūtītāju par piegādātās Preces lietošanas noteikumiem, kā arī drošības pasākumiem.	
7.	Ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā nekvalitatīvā Prece tiks apmainīta pret kvalitatīvu, vai konstatētie trūkumi tiks novērsti, ja saskaņā ar Līguma nosacījumiem Pasūtītājs konstatēs preces neatbilstību kvalitātes prasībām vai kādus citus trūkumus, defektus.	
8.	Iekļauj drošības datu lapas (DDL) katrai gāzei.	

9.	Attiecībā uz tīrajām gāzēm (6.0 un lāzergāzēm), Pretendents Tehniskajai specifikācijai/piedāvājumam pievieno Preces ražotāja izdotu dokumentu (apliecinājumu/sertifikātu), kas apliecina Tehniskajā piedāvājumā norādīto tīro gāzu kvalitātes patiesumu	
----	---	--