

Piegādes iepirkuma Nr. LUCFI 2017/5 "Gāzu un piederumu piegāde" nolikuma 2.pielikums

Tehniskā specifikācija - iepirkuma priekšmeta 3.daļa

Fluoru saturošie un eksimer-lāzera maisījumi						
N.p.k.	Prece un tai izvirzītās tehniskās prasības	Pretendenta piedāvātās preces nosaukums	Pretendenta piedāvātās preces ražotājs	Preces tehniskie parametri, īss kvalitātes apraksts	Paredzamais, negarantētais pasūtījuma daudzums	Preces vienības cena EUR bez PVN
1	Sertificēts gāzu maisījums: Helijs 90%, Fluors 10% Izgatavošanas precizitāte ±5% rel. Balons: 10l Balona izejas vītne: DIN477 Nr.14				2	0
2	Sertificēts gāzu maisījums: Lāzergāze F₂ 0.2%, Ar 3.75%, Ne 96.05% Izgatavošanas precizitāte ±5% rel. Balons: 10l Balona izejas vītne: DIN477 Nr.14				1	0
3	Sertificēts gāzu maisījums: Lāzergāze F₂ 0.2%, Kr 1.25%, Ne 98.55% Izgatavošanas precizitāte ±5% rel. Balons: 10l Balona izejas vītne: DIN477 Nr.14				1	0
4	Sertificēts gāzu maisījums: Lāzergāze F₂ 0.17%, He 99.83% Izgatavošanas precizitāte ±5% rel. Balons: 10l Balona izejas vītne: DIN477 Nr.14				1	0

5	Sertificēts gāzu maisījums: Lāzergāze F₂ 0.13%, Ar 3.1%, Xe 15ppm, Ne pārējais Izgatavošanas precizitāte ±5% rel. Balons: 10l Balona izejas vītne: DIN477 Nr.14				1	0
6	Sertificēts gāzu maisījums: Lāzergāze F₂ 0.09%, He pārējais Izgatavošanas precizitāte ±5% rel. Balons: 10l Balona izejas vītne: DIN477 Nr.14				1	0
7	Sertificēts gāzu maisījums: Lāzergāze F₂ 0.13%, Kr 2.6%, He 1%, Xe 15 ppm, Ne pārējais pārējais Izgatavošanas precizitāte ±5% rel. Balons: 10l Balona izejas vītne: DIN477 Nr.14				1	0
8	Speciālo balonu noma Balona tilpums: 1-126 L Periods: 24 mēneši				pēc vajadzības	0
9	Gāzu balonu piegāde: Minimālais daudzums vienā piegādē: 1 balons					0

Summa EUR bez PVN

0

Papildus prasības:					Pretendentam jānorāda ATBILST, PIEKRĪTU un/vai jānorāda, kur piedāvājumā (lpp.) pievienoti prasītie dokumenti	
1.	Gāzu baloniem jābūt aprīkoti ar izejas vītņiem, kas norādītas tehniskajā specifikācijā. Nedrīkst izmantot pārejas.					
2.	Jānodrošina gāzveida vielu piegādi un iepakojumu nomu uz termiņu, kāds nepieciešams Pasūtītājam, atbilstoši faktiskajām vajadzībām, sasniedzamajiem rezultātiem un finanšu iespējām.					

3.	Pretendents garantē piedāvāto gāzveida vielu un to iepakojumu atbilstību normatīvo aktu prasībām, Tehniskajā specifikācijā izvirzītajiem gāzveida vielu kvalitātes kritērijiem, iepakojumu tehniskajām prasībām, kā arī ražotāja sniegtajiem norādījumiem par gāzveida vielām un to iepakojumiem.	
4.	Piegāde preču pozīcijās no 1-7, divu mēnešu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža.	
5.	Preces nodošanas laikā Pretendents informē Pasūtītāju par piegādātās Preces lietošanas noteikumiem, kā arī drošības pasākumiem.	
6.	Ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā nekvalitatīvā Prece tiks apmainīta pret kvalitatīvu, vai konstatētie trūkumi tiks novērsti, ja saskaņā ar Līguma nosacījumiem Pasūtītājs konstatēs preces neatbilstību kvalitātes prasībām vai kādus citus trūkumus, defektus.	
7.	Iekļauj drošības datu lapas (DDL) katrai gāzei.	
8.	Attiecībā uz tīrajām gāzēm (6.0 un lāzergāzēm), Pretendents Tehniskajai specifikācijai/piedāvājumam pievieno Preces ražotāja izdotu dokumentu (apliecinājumu/sertifikātu), kas apliecina Tehniskajā piedāvājumā norādīto tīro gāzu kvalitātes patiesumu	