

Industriālo gāzu reduktori						
N.p.k.	Prece un tai izvirzītās tehniskās prasības	Pretendenta piedāvātās preces nosaukums	Pretendenta piedāvātās preces ražotājs	Preces tehniskie parametri, īss kvalitātes apraksts	Paredzamais, negarantētais pasūtījuma daudzums	Preces vienības cena EUR bez PVN
1	Reduktors GENIE GN2-300-30-3, N ₂ , 0-10 bar (vai ekvivalents, piemērots piedāvātajam balonam)				3	0
2	Piemērots industriālajam argonam, slāpeklim un hēlijam Ieejas spiediens: vismaz 200 bar. Izejas spiediens: 0-10 bar. Aprīkos ar manometriem ieejas un izejas spiediena manometriem. Ieejas savienojums: DIN 477 Nr.10. Izejas savienojums ar ārējo vītņi R3/8" un pāreju uz mīksto cauruli.				15	0
3	Gāzes balonu spiediena reduktors Piemērots industriālajam argonam, slāpeklim un hēlijam Ieejas spiediens: vismaz 200 bar. Izejas spiediens: 0-30 bar. Aprīkos ar manometriem ieejas un izejas spiediena mērīšanai. Ieejas savienojums: DIN 477 Nr.10. Izejas savienojums ar ārējo vītņi R3/8" un pāreju uz mīksto cauruli.				2	0

4	<p>Gāzes balonu spiediena reduktors</p> <p>Piemērots industriālajam ūdeņradim</p> <p>Ieejas spiediens: vismaz 200 bar.</p> <p>Izejas spiediens: 0-10 bar.</p> <p>Aprīkos ar manometriem ieejas un izejas spiediena mērīšanai.</p> <p>Ieejas savienojums: DIN 477 Nr.1.</p> <p>Izejas savienojums ar ārējo vītņi R3/8" un pāreju uz mīksto cauruli.</p>				2	0
5	<p>Gāzes balonu spiediena reduktors</p> <p>Piemērots industriālajam oglekļa dioksīdam, Argonam</p> <p>Ieejas spiediens: vismaz 200 bar.</p> <p>Izejas plūsma: 0-24 l/min.</p> <p>Aprīkos ar manometriem ieejas un izejas spiediena mērīšanai.</p> <p>Ieejas savienojums: DIN 477 Nr.6.</p> <p>Izejas savienojums ar ārējo vītņi R3/8" un pāreju uz mīksto cauruli.</p>				4	0
6	<p>Gāzes balonu spiediena reduktors</p> <p>Piemērots industriālajam skābeklim</p> <p>Ieejas spiediens: vismaz 200 bar.</p> <p>Izejas spiediens: 0-10 bar.</p> <p>Aprīkos ar manometriem ieejas un izejas spiediena mērīšanai.</p> <p>Ieejas savienojums: DIN 477 Nr.6.</p> <p>Izejas savienojums ar ārējo vītņi R3/8" un pāreju uz mīksto cauruli.</p>				5	0
7	<p>Reduktoru piegāde:</p> <p>Minimālais daudzums vienā piegādē: 1 reduktors</p>					0
Summa EUR bez PVN						0

Papildus prasības:		Pretendentam jānorāda ATBILST, PIEKRĪTU un/vai jānorāda, kur piedāvājumā (lpp.) pievienoti prasītie dokumenti
1.	Pretendents reduktoru tehniskajai specifikācijai/piedāvājumam pievieno Preces ražotāja izdotu sertifikātu vai produkta deklarāciju, kas apliecina Tehniskajā piedāvājumā norādīto kvalitātes patiesumu.	
2.	Piegāde pozīcijās no 1-6, septiņu dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža.	
3.	Preces nodošanas laikā Pretendents informē Pasūtītāju par piegādātās Preces lietošanas noteikumiem, kā arī drošības pasākumiem.	
4.	Ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā nekvalitatīvā Prece tiks apmainīta pret kvalitatīvu, vai konstatētie trūkumi tiks novērsti, ja saskaņā ar Līguma nosacījumiem Pasūtītājs konstatēs preces neatbilstību kvalitātes prasībām vai kādus citus trūkumus, defektus.	