

Piegādātāja jautājumi par iepirkuma priekšmeta 2.daļu un Pasūtītāja atbildes	
Vai ir skaidrs aptuvens detaļu iegādes plāns? Atbilde uz šo ir nepieciešama, lai varētu plānot piegādes izdevumus.	Šīs lotes ietvaros ir paredzēti aptuveni 4 pieprasījumi. Precīzs pieprasījumu skaits var atšķirties no nosauktā.
Vai abas OZOptics optiskās šķiedras (pa 2 gab.katram viļņa garumam 780 un 660 nm) tiks pasūtītas vienlaicīgi?	Jā, OZOptics optiskās šķiedras tiks pasūtītas vienlaicīgi.
Pēdējā pozīcija - Gaismas avots laušanas koeficientu noteikšanai (prasības zemāk) - nav atšifrēta. Vai ir kādi noteikti modeļi padomā arī šai daļai? Ja tā, vai vari, lūdzu, tos atrastīt?	Labākā saderība ir kompānijas Metricon piedāvātais http://www.metricon.com
Piegādātāja jautājumi par iepirkuma priekšmeta 4.daļu un Pasūtītāja atbildes	
Iepirkuma „Pelniecības izējmateriālu piegāde”, ar identifikācijas Nr. LUCFI 2017/9/ERAF iepirkuma priekšmeta 4.daļa - ĶĪMIKĀLIJAS 2 tehniskā specifikacijā nav minēts iepakojumu tilpums. Lūdzam precizēt kāda tilpuma iepakojumi ir nepieciešami.	Abos gadījumos iepakojuma tilpums ir 250ml.