

Piegādātāja jautājumi un Pasūtītāja atbildes par iepirkuma nr. LU CFI 2019/4/ERAF (izostatiskās karstās presēšanas iekārta) tehnisko specifikāciju:

Jautājums nr.1:

Tehniskās specifikācijas prasība 2.7. "*Sildīšanas modulim jāietver grafīta materiāla krāsns ar vismaz divām sildīšanas zonām un krāsni aptverošu siltuma vairogu. Temperatūras kontrolei jābūt nodrošinātai katrā sildīšanas zonā*". Vai par atbilstošu 2 atzīs iekārtu ar vienu sildīšanas zonu?

Atbilde:

Divas sildīšanas zonas ir nepieciešamas lai nodrošinātu labāku temperatūras viendabību krāsns darba telpā, kas ir svarīgs krāsns tehniskais parametrs karstās izostatiskās presēšanas kvalitātes nodrošināšanā.

Jautājums nr.2:

Tehniskās specifikācijas prasība 2.9 "*Krāsns iekšējās kameras izmēri (diametrs; augstums). Ne mazāki kā iekšējais diametrs 75mm; iekšējais augstums 120mm*". Vai par atbilstošu prasībām atzīs iekārtu, kuras krāsns iekšējais diametrs ir 70mm?

Atbilde:

Tehniskajā specifikācijā norādītais 75 mm krāsns diametrs pieļauj lielākas iespējas izgatavojamo formu izmēru variēšanā un tāpēc ir svarīgs krāsns tehniskais parametrs.

Jautājums nr.3 :

Tehniskās specifikācijas prasība 2.14 ... "*Ērti lietojama saskarne, kurā nomaināmas angļu un latviešu valodas*". Vai par atbilstošu 2.14 punkta prasībām atzīs iekārtu ar saskarni tikai angļu valodā?

Atbilde:

Attiecīgi tiks veikti grozījumi tehniskajā specifikācijā, lai pieļautu piegādātājiem piegādāt iekārtu ar saskarni tikai angļu valodā.