

**Piegādātāja jautājumi 02.07.2014. par LUCFI 2014/16/ESF 1.daļas pozīcijām 9 un 11 un
Iepirkumu komisijas atbildes**

1.daļa: Laboratorijas piederumi

N. p.k.	Minimālās tehniskās prasības (produkta nosaukums un veids)	Dau- dzums	Piegādātāja jautājums	Iepirkumu komisijas atbilde
9	Beakers, Borosilicate 3.3 glass, low form, Borosilicate grade 3.3 glass. DIN 12 331. ISO 3819. Capacity - 400 ml, Ext. Diam. - 80 mm, Height - 110 mm, iepakojumā 10 gab. (LLG 9.013 902 vai ekvivalents)	1 iepak.	9.pozīcijā precei ir norādītas tās pašas tehniskās prasības, kas 8.pozīcijā un kurām atbilst kods LLG 9.013 910. 9.pozīcijā norādītajam kodam LLG 9.013 902 atbilst cits apraksts: Capacity - 100 ml, Ext. Diam. - 50 mm, Height - 70 mm. <i>Vai 9.pozīcijā ir nepareizs preces apraksts un ir jāvadās pēc norādītā koda?</i>	<i>Ir jāvadās pēc norādītā koda. Ja piegādātājs norāda preces aprakstu, jānorāda kodam atbilstošais piedāvātās preces apraksts: Capacity - 100 ml, Ext. Diam. - 50 mm, Height - 70 mm. Ir ieviesusies tehniska kļūme – 9.pozīcijas ailē ir iekopēts apraksts no 8.pozīcijas.</i>
11	Mikropipete, LLG-Digital Microlitre pipettors, Capacity - 2 to 20 µl, Accuracy $\leq \pm A\%$ 1.0 max. vol., Reproducibility $\leq \pm V\%$ 0.3 max. vol. (LLG 9.280 002 vai ekvivalents)	2 gab.	Aktīvajā LLG katalogā norādītajam kodam LLG 9.280 002 atbilst Mikropipete ar Accuracy $\leq \pm A\%$ 4.5 max. vol., Reproducibility $\leq \pm V\%$ 1.0 max. vol. <i>Vai ir jāvadās pēc norādītā koda, vai ir jāpiedāvā aprakstam atbilstošas mikropipetes?</i>	<i>Ir jāvadās pēc norādītā koda. Ja piegādātājs norāda preces aprakstu, jānorāda kodam atbilstošais piedāvātās preces apraksts. Internetā ir pieejamas vairākas LLG kataloga versijas un iepirkuma komisija mikropipetes aprakstam izmantoja vienu no tām. Atšķirību pamatā, iespējams, ir dažādas metodikas precizitātes un atkārtojamības noteikšanai dažādās kataloga versijās.</i>