

Iepirkumu komisijas sēdes  
**PROTOKOLS**  
JAUTĀJUMI UN ATBILDES

**Rīgā, 29.11.2016.**

**Nr. 2016/16-1**

Piedalās:

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs:	Andris Krūmiņš
Iepirkumu komisijas locekļi:	Donāts Millers
	Mārtiņš Rutkis
	Anatolijs Šarakovskis
	Pēteris Kūlis
Iepirkumu komisijas sekretārs	Gints Rieksts

Piegādes iepirkuma ID Nr.: LUCFI 2016/16

„Pētniecības izejmateriālu un laboratorijas inventāra piegāde LU CFI”

**Dienaskārtībā:**

1) Pretendentu iesniegto jautājumu izskatīšana un atbilžu sniegšana

**Norise:**

Tiek izskatīti iesūtītie pretendentu jautājumi un sniegts argumentēts viedoklis:

**Pretendenta jautājums:**

Vai piedāvājumu iepirkumā LU CFI 2016/16 var iesniegt parakstītu ar elektronisko parakstu?

**Iepirkuma komisijas atbilde:**

Tā kā šajā iepirkumā nav paredzēta kārtība, kādā tiek iesniegti piedāvājumi ar drošu parakstītu elektronisko parakstu, vienlaicīgi nodrošinot visu prasību ievērošanu, ko nosaka šādos gadījumos PIL, tad Pasūtītājs nav paredzējis, ka pretendents drīkst iesniegt ar elektronisko parakstu parakstītu piedāvājumu.

**Pretendenta jautājums:**

Vēlos uzzināt informāciju par LUCFI 2016/16 Pētniecības izejmateriālu un laboratorijas inventāra piegāde LU CFI,

I. daļa. Ķīmikāliju un inventāra piegāde pētniecības vajadzībām, 28 pozīcija, ķīmikālija Dimetilketons, Tīrība (GH)  $\geq 99.8\%$ , Titrējama skābe  $\leq 0.0002$  meq/g, Titrējama bāze:  $\leq 0.0002$  meq/g, Piejaukumi: Metanols  $\leq 0.05\%$ , benzols  $\leq 2$  ppm; Cikloheksāna saturs  $\leq 0.01\%$ , diacetons  $\leq 0.02\%$ , etanols  $\leq 0.01\%$ , aldehīdi  $\leq 0.001\%$ , Piemaisījumi: hlorīdi  $\leq 100$  ppb, Nitrāti  $\leq 100$  ppb, fosfāti  $\leq 100$  ppb, sulfāti  $\leq 100$  ppb, Ag  $\leq 0.000002\%$ , Al  $\leq 0.00005\%$ , As  $\leq 0.000002\%$ , Au  $\leq 0.000002\%$ , B  $\leq 0.000002\%$ , Ba  $\leq 0.00001\%$ , Be  $\leq 0.000002\%$ , Bi  $\leq 0.000002\%$ , Ca  $\leq 0.00005\%$ , Cd  $\leq 0.000005\%$ , Co  $\leq 0.000002\%$ , Cr  $\leq 0.000002\%$ , Cu  $\leq 0.000002\%$ , Fe  $\leq 0.00001\%$ , Ga  $\leq 0.000002\%$ , Ge  $\leq 0.000002\%$ , In  $\leq 0.000002\%$ , Li  $\leq 0.000005\%$ , Mg  $\leq 0.00001\%$ , Mn  $\leq 0.000002\%$ , Mo  $\leq 0.000002\%$ , Ni  $\leq 0.000002\%$ , Pb  $\leq 0.00001\%$ , Sb  $\leq 0.000002\%$ , Sn  $\leq 0.00001\%$ , Ti  $\leq 0.000002\%$ , Tl  $\leq 0.000002\%$ , V  $\leq 0.000002\%$ , Zn  $\leq 0.00001\%$ , Zr  $\leq 0.000002\%$ , Negaistošais atlikums  $\leq 0.0005\%$ , ūdens

saturs  $\leq 0.05$  %.

Vai ķimikālijai ir jābūt ar tik precīzu elementu sakritību un jāiesniedz tik precīza ķimikālijas specifikācija? Un vai piedāvātā ķimikālija Applichema, Ražotāja Nr: 131007.0715 atbildīs izsludinātā konkursa prasībām. Ķimikālijas produkta specifikācija pielikumā.? (See attached file: 131007IN.HTM)

### **Iepirkuma komisijas atbilde:**

Piedāvātai ķimikālijai jābūt atbilstošai tehniskās specifikācijas prasībām, respektīvi, ja rakstīts ir mazāks vai vienāds, tad šis kritērijs jeb nosacījums ir jāievēro, tā lai šo nosacījumu izpildītu. Nobīdes ir iespējams, ja to tehniskā specifikācijas pozīcija pieļauj.

Iepirkuma komisija nav tiesīga jau pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa veikt izvērtējumu kādam konkrētam pretendētājam, lai noteiktu atbilstību jau pirms konkursa un tādejādi nodrošinot pret citiem pretendentiem zināmas priekšrocības. Tomēr iepirkumu komisija norāda, ka piedāvātā ķimikālija Applichema, Ražotāja Nr: 131007.0715 visticamāk varētu tikt atzīta par neatbilstošu tehniskās specifikācijas prasībām, ja nav ietverti visi parametri un rādītāji, kādus ir noteicis Pasūtītājs.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs: Andris Krūmiņš \_\_\_\_\_

Iepirkuma komisijas locekļi: Donāts Millers \_\_\_\_\_

Mārtiņš Rutkis \_\_\_\_\_

Pēteris Kūlis \_\_\_\_\_

Anatolijs Šarakovskis \_\_\_\_\_

Iepirkuma komisijas sekretārs Gints Rieksts \_\_\_\_\_